



**OPŠTA BOLNICA**  
**ČUPRIJA**  
**M. NOVAKOVIĆA BR. 78**

tel. centrala: +381 (35) 8470 775  
direktor: +381 (35) 8471 503  
telefax: +381 (35) 8474 306  
Tekući račun: 840-787661-65  
Sopstveni prihod: 840-773667-46  
Matični broj: 17729969  
Šifra delatnosti: 8610  
PIB: 105541752  
e-mail: [bolnicacuprija@mts.rs](mailto:bolnicacuprija@mts.rs)

**BROJ** 7739/1  
23.07.2020.

**Predmet:** Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku  
**javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog**  
**materijala opšte namene - VJN- 15/2020**

Povodom zahteva od 20.07.2020. godine (kod naručioca primljen putem elektronske pošte dana 20.07.2020. i zaveden pod br. 7739) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene VJN-15/2020, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Čuprija sačinjava sledeći odgovor.

**Pitanje 1:**

"Da li je za naručioca prihvatljivo da na **partiji br. 35**. Sistem za unutrašnju drenažu likvora (pudenz sistem - neurohirurgija) prihvati ponudu: sistem unutrašnje drenaže likvora po Hakimu koji se sastoji iz:

1. valvula sa integrisanim rezervoarom za srednji pritisak (otvarajućeg pritiska 70 mm H<sub>2</sub>O),
2. peritonealni kateter, silikonski, dužine 120cm;
3. ventrikularni kateter, impregniran barijum sulfatom, dužine 14cm, unutrašnji dijametar 1,4mm?

Pošto se na taj način ne menja osnovna namena medicinskog sredstva i njegova funkcija."

**Odgovor 1:**

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama naručilac je konkursnom dokumentacijom predvideo tehničke specifikacije traženih dobara koje su predmet javne nabavke, odnosno partije kojim bi se obezbedila dobra, koja odgovaraju potrebama naručioca. Nakon uvida u predviđenu specifikaciju za partiju br. 35 utvrđeno je da je naručilac prevideo sledeću specifikaciju: "sistem za unutrašnju drenažu likvoru (za srednji pritisak)". Imajući u vidu navedeno naručilac će prihvatiti ponudu koja odgovara predviđenoj specifikaciji.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama prihvatljivom će se smatrati ponuda, za koju je, pored ostalih uslova predviđene Zakonom, utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBC

Komisija  
Opšte bolnice Čuprija